

お客様各位

2011年3月吉日
アイシン精機株式会社

医療・介護ベッド用サイドレール・介助バーを より安全にお使い頂くためのお知らせ

日頃は格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、消費者庁などより、医療・介護ベッド用サイドレール・介助バー（2009年3月JIS規格改正前品）において、その隙間に頭や首、手足などを挟む事故等が公表され、同種事故の発生防止を図る観点から、注意喚起がなされております。

弊社の商品での事故事例はありませんが、お使いの医療・介護ベッド用サイドレール・介助バーの特性をご理解頂き、より安全にご使用頂く為に「医療・介護ベッド安全普及協議会」から発行されております「注意喚起のためのパンフレット」（別紙）を一読頂きますようお願い申し上げます。

尚、現在お使い頂いているJIS規格改正前のサイドレール・介助バーが付いた医療・介護ベッドをより安全にご使用頂ける様、改正JIS規格対応サイドレールと介助バーをご利用頂きたく、別紙（同封資料：「ご使用のベッドで改正JIS規格対応サイドレール・介助バーをご利用いただく時の選定の仕方」）に紹介させていただきます。

現在お持ちのサイドレール、介助バーの組み合わせにより、より安全に使っていただけますのでご確認ください。

【お知らせの対象品】

ベルグランド シリーズ	AX、AY、SX、LX、LDX、SDX
ジャストベルグランド シリーズ	マルチ機能タイプ、リクライニングタイプ、 単機能昇降タイプ

ご不明な点、及び、購入予定がございましたら、下記お問合せ窓口までご連絡下さい。

- お問合せ窓口 -

アイシン精機株式会社 住空間営業部 住宅設備グループ
キープエイブルチーム

TEL：0566-24-8882、FAX：0566-24-8995

商品のご確認 -

<http://www.keepable.net/>